

ファイル名: C:¥Users¥JEOLUSER¥Documents¥EPMAadmin_分析室スタッフ¥munekawa¥20250528_学生研修プログラム試料¥l
メモ :
試料名 :
測定日時 : 2025/05/28 13:41:25

測定条件

管電圧	: 50.000 kV	管電流	: 0.065 mA
リアルタイム	: 88.59 秒	デッドタイム	: 32 %
ライブタイム	: 60.00 秒	計数率	: 22147 Counts/秒
プリセット	: ライブタイム 60.00 秒		
エネルギー範囲	: 0 - 41 keV	PHA モード	: T2
雰囲気	: AIR		

光学系条件

コリメータ	: 7.000 mm	フィルタ	: Open

定性結果
分析元素: Cr, Mn, Fe, Ni, Rh
フィッティング係数: 0.0847

定量条件

定量結果

化学式	質量%	モル%	3σ	積分強度	Kレシオ	ライン	タイプ
24 Cr	11.8074	12.5718	0.1603	189158	0.1330171	K	
25 Mn	0.6897	0.6951	0.2111	8822	0.0052998	K	
26 Fe	87.2275	86.4734	0.2721	904862	0.4675240	K	
28 Ni	0.2754	0.2597	0.5278	1639	0.0006714	K	
45 Rh				9710	0.0090194	K	